СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Росздравнадзор, регистрационное удостоверение РЗН 2015/2530

к записи реестра российской промышленной продукции № 10901031

Росздравнадзор: регистрационное удостоверение РЗН 2015/2530

Номер удостоверения
РЗН 2015/2530

Статус
Действует

Дата регистрации
02.04.2015

Срок действия
бессрочно

Наименование
Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G и M к предраннему белку цитомегаловируса (ВектоЦМВ - IEA - антитела) по ТУ 9398-484-23548172-2013

Производитель
АО "Вектор-Бест", ИНН 5433104584

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Исполнение, которому соответствует запись ГИСП
Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G и M к предраннему белку цитомегаловируса (ВектоЦМВ - IEA - антитела) по ТУ 9398-484-23

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/179339

Исполнения (16)

- - планшет разборный, готовый для использования - 1 шт.;
- - положительный контрольный образец, инактивированный, содержащий IgG к предраннему белку ЦМВ (K+ G), готовый для использования - 1 фл., 1,5 мл;
- - положительный контрольный образец, инактивированный, содержащий IgM к предраннему белку ЦМВ (K+ M), готовый для использования - 1 фл., 1,5 мл;
- - отрицательный контрольный образец, инактивированный, не содержащий IgG и IgM к предраннему белку ЦМВ (K-), готовый для использования - I фл., 3,0 мл;
- - конъюгат-G, готовый для использования - 1 фл., 13 мл;
- - конъюгат-M, готовый для использования - 1 фл., 13 мл;
- - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) - 1 фл., 10 мл;
- - раствор для разведения сывороток (РРС) - 1 фл., 12 мл;
- - 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 2 фл. по 28 мл;
- - раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) - 1 фл., 13 мл;
- - стоп-реагент - 1 фл., 12 мл.
- Набор дополнительно комплектуется:
- - пленками для заклеивания планшета - 2 шт.;
- - ванночками для реагентов - 4 шт.;
- - наконечники для пипетки на 5-200 мкл - 32 шт.;
- - планшет для предварительного разведения исследуемых образцов - 1 шт.

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru): реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026); данные могли измениться. Не является официальной выпиской Росздравнадзора и не заменяет её.