СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Росздравнадзор, регистрационное удостоверение РЗН 2023/20579

к записи реестра российской промышленной продукции № 10804109

Росздравнадзор: регистрационное удостоверение РЗН 2023/20579

Номер удостоверения
РЗН 2023/20579

Статус
Действует

Дата регистрации
11.07.2023

Срок действия
бессрочно

Наименование
Раствор промывающий для коагулометрических анализаторов серий CN, CA, CS для диагностики in vitro Коаклин по ТУ 21.20.23-002-09128753-2022

Производитель
АО "ДРИМРЕЙЛ", ИНН 9727034457

Назначение
Раствор представляет собой сильный щелочной детергент, служащий в качестве моющего средства для регулярного профилактического технического обслуживания автоматических аналитических приборов (анализаторов). Раствор является вспомогательным средством в диагностике и обеспечивает очистку жидкостной системы на борту автоматических или полуавтоматических коагулометрических анализаторов серий CN, CA, CS, в процессе подготовки и/или анализа после использования клинических лабораторных образцов плазмы крови

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Исполнение, которому соответствует запись ГИСП
Вариант исполнения Раствор Коаклин, 50 мл

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/203126

Исполнения (8)

- 1. Вариант исполнения Раствор Коаклин, 50 мл, в составе:
- 1.1. Раствор промывающий для коагулометрических анализаторов Коаклин, 50 мл - 1 шт.
- 1.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 1.3. Паспорт качества - 1 шт.
- 2. Вариант исполнения Раствор Коаклин, 1,5 л, в составе:
- 2.1. Раствор промывающий для коагулометрических анализаторов Коаклин, 1,5 л - 1 шт.
- 2.2. Инструкция по применению - 1 шт.
- 2.3. Паспорт качества - 1 шт.

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru): реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026); данные могли измениться. Не является официальной выпиской Росздравнадзора и не заменяет её.