СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Росздравнадзор, регистрационное удостоверение РЗН 2023/20874

к записи реестра российской промышленной продукции № 10782586

Росздравнадзор: регистрационное удостоверение РЗН 2023/20874

Номер удостоверения
РЗН 2023/20874

Статус
Действует

Дата регистрации
17.08.2023

Срок действия
бессрочно

Наименование
Комплект узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов внешней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-001-54126766-2022

Производитель
ООО "ВИТАМЕД", ИНН 1658237459

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/168005

Исполнения (57)

- 1. Дуги, в вариантах исполнения:
- 1.1. Дуга: радиусом от 80 мм до 280 мм с шагом 5 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 1.2. Дуга 60°: радиусом от 130 мм до 165 мм с шагом 5 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 2. Кольца, в вариантах исполнения:
- 2.1. Кольцо: диаметром от 90 мм до 300 мм с шагом 10 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 2.2. Кольцо 5/8: диаметром от 130 мм до 180 мм с шагом 10 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 3. Полукольцо: диаметром от 90 мм до 300 мм с шагом 10 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 4. Планки, в вариантах исполнения:
- 4.1. Планка: длиной от 38 мм до 126 мм с шагом 11 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 4.2. Планка винтовая: длиной от 46 мм до 90 мм с шагом 11 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 5. Балки, в вариантах исполнения:
- 5.1. Балка: длиной от 159 мм до 335 мм с шагом 11 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 5.2. Балка с резьбовым хвостовиком: 1 длиной от 131 мм до 251 мм с шагом 20 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 6. Кронштейны, в вариантах исполнения:
- 6.1. Кронштейн с резьбовым отверстием: длиной от 30 мм до 52 мм с шагом 11 мм под стержни диаметром от 3 мм до 11 мм с шагом 0,5 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 6.2. Кронштейн с резьбовым хвостовиком: длиной от 43 мм до 65 мм с шагом 11 мм под стержни диаметром от 3 мм до 11 мм с шагом 0,5 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 6.3. Кронштейн двухосевой: под стержни диаметром от 3 мм до 11 мм с шагом 0,5 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 7. Стержни, в вариантах исполнения:
- 7.1. Стержень резьбовой: длиной от 60 мм до 400 мм с шагом 5 мм - от 1 до 50 шт.;
- 7.2. Стержень резьбовой с отверстием: длиной от 60 мм до 400 мм с шагом 5 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 7.3. Стержень дистракционный: длиной от 40 мм до 400 мм с шагом 10 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 7.4. Стержень телескопический: длиной от 100 мм до 400 мм с шагом 50 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).

- 7.5. Стержень метафизарный: длиной от 10 мм до 400 мм с шагом 10 мм диаметром от 2 мм до 10 мм с шагом 1 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 7.6. Стержень диафизарный: длиной от 10 мм до 400 мм с шагом 10 мм диаметром от 2 мм до 10 мм с шагом 1 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 7.7. Стержень резьбовой (винт Шанца): длиной от 10 мм до 400 мм с шагом 10 мм диаметром от 2 мм до 8 мм с шагом 1 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 8. Спицы, в вариантах исполнения:
- 8.1. Спица для остеосинтеза с трехгранной заточкой: длиной от 30 мм до 600 мм с шагом 1 мм с упором/ без упора, диаметром от 0,1 мм до 5 мм с шагом 0,1 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 8.2. Спица для остеосинтеза с перьевой заточкой: длиной от 30 мм до 600 мм с шагом 1 мм с упором/ без упора, диаметром от 0,1 мм до 5 мм с шагом 0,1 мм - от 1
- до 100 шт.
- 8.3. Спица для остеосинтеза с усовершенствованной заточкой: длиной от 30 мм до 600 мм с шагом 1 мм с упором/ без упора, диаметром от 0,1 мм до 5 мм с шагом 0,1 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 8.4. Спица для остеосинтеза с резьбой: длиной от 30 мм до 600 мм с шагом 10 мм диаметром от 0,5 до 3,5 мм с шагом 1 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 9. Приставка радиусная: радиусом от 25 мм до 35 мм с шагом 5 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 10. Втулка: диаметром 14 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 11. Шайбы, в вариантах исполнения:
- 11.1. Шайба: диаметром от 2 мм до 20 мм с шагом 0,1 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 11.2. Шайба с пазом: диаметром от 10 мм до 22 мм с шагом 2 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 12. Муфта: длиной от 20 мм до 60 мм с шагом 10 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости);
- 13. Болты, в вариантах исполнения:
- 13.1. Болт: диаметром 6 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 13.2. Болт с отверстием: диаметром 6 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 13.3. Болт спицефиксатор: диаметром 6 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 14. Гайка: размером от 3 мм до 30 мм с шагом 0,1 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 15. Ключи, в вариантах исполнения:
- 15.1. Ключ присоединительный от 8 мм до 21 мм с шагом 1 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 15.2. Ключ торцовый: присоединительный размер 10 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 15.3. Ключ рожковый: присоединительный размер от 10 мм до 19 мм с шагом 1 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 15.4. Ключ стержневой: присоединительный размер от 3 мм до 8 мм с шагом 1 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 16. Отвертки, в вариантах исполнения:
- 16.1. Отвертка, исполнение 1: длиной от 100 мм до 300 мм с шагом 1 мм под шлиц размером 2,5 мм; 3,5 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 16.2. Отвертка, исполнение 2: длиной от 100 мм до 300 мм с шагом 1 мм под шлиц размером 2,5 мм; 3,5 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 16.3. Отвёртка Т-образная, исполнение 1: длиной от 150 мм до 180 мм с шагом 1 мм под шлиц размером 2,5 мм; 3,5 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 16.4. Отвёртка Т-образная, исполнение 2: длиной от 150 мм до 180 мм с шагом 1 мм под шлиц размером 2,5 мм; 3,5 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 17. Спиценатягиватель: под спицы диаметром от 0,5 мм до 5 мм с шагом 0,1 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 18. Сверла, в вариантах исполнения:
- 18.1. Сверло, исполнение 1: длиной от 25 мм до 300 мм с шагом 5 мм диаметром от 0,8 мм до 20 мм с шагом 0,1 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 18.2. Сверло, исполнение 2: длиной от 25 мм до 300 мм с шагом 5 мм диаметром от 0,8 мм до 20 мм с шагом 0,1 мм - от 1 до 50 шт. (при необходимости).
- 19. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru): реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026); данные могли измениться. Не является официальной выпиской Росздравнадзора и не заменяет её.