СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Росздравнадзор, регистрационное удостоверение РЗН 2016/3903

к записи реестра российской промышленной продукции № 10764963

Росздравнадзор: регистрационное удостоверение РЗН 2016/3903

Номер удостоверения
РЗН 2016/3903

Статус
Действует

Дата регистрации
04.04.2016

Срок действия
бессрочно

Наименование
Набор реагентов для определения профиля экспрессии мРНК генов врожденного иммунитета с целью оценки локального воспаления нижних отделов женского репродуктивного тракта методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (ИммуноКвантэкс C/V) по ТУ 9398-079-46482062-2015

Производитель
ООО "ДНК-Технология ТС", ИНН 7713668153

Заявитель
ООО "НПО ДНК-Технология"

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Исполнение, которому соответствует запись ГИСП
Набор реагентов для определения профиля экспрессии мРНК генов врожденного иммунитета с целью оценки локального воспаления нижних отделов женского репродуктивног

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/126992

Исполнения (25)

- Набор выпускается в следующих фасовках: стандартная (маркируется - S), для автоматизированного дозирования (маркируется - A).
- В состав набора входят следующие компоненты:
- I. Фасовка S:
- - ИммуноКвантэкс C/V Праймеры ОТ+ дНТФ - 1 пробирка;
- - ОТ-буфер - 1 пробирка;
- - обратная транскриптаза - 1 пробирка;
- - смеси для амплификации, запечатанные парафином - 24 стрипа по 8 пробирок;
- - Taq-полимераза - 2 пробирки;
- - ПЦР-буфер - 4 пробирки;
- - минеральное масло - 4 пробирки;
- - положительный контрольный образец - 1 пробирка.
- Принадлежности:
- - крышки для стрипов - 24 шт.
- II. Фасовка A:
- - ИммуноКвантэкс C/V Праймеры ОТ + дНТФ - 1 пробирка;
- - ОТ-буфер - 1 пробирка;
- - обратная транскриптаза - 1 пробирка;
- - смеси для амплификации Стрим - 2 стрипа по 8 пробирок;

- - ПЦР-буфер Стрим - 2 пробирки;
- - полимераза ТехноТаq МАХ - 2 пробирки;
- - буфер для разведения ДНК - 4 пробирки;
- - положительный контрольный образец - 2 пробирки.
- Принадлежности:
- - стрипы по 8 пробирок - 10 шт.;
- - крышки для стрипов - 2 шт.

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru): реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026); данные могли измениться. Не является официальной выпиской Росздравнадзора и не заменяет её.