СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Росздравнадзор, регистрационное удостоверение ФСР 2011/12013

к записи реестра российской промышленной продукции № 10764962

Росздравнадзор: регистрационное удостоверение ФСР 2011/12013

Номер удостоверения
ФСР 2011/12013

Статус
Действует

Дата регистрации
06.10.2011

Срок действия
бессрочно

Наименование
Набор реагентов для определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с функциями интерлейкина 28В, методом ПЦР в режиме реального времени (иммуноГенетика IL28B) по ТУ 9398-040-46482062-2011

Производитель
ООО "ДНК-Технология ТС", ИНН 7713668153

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Исполнение, которому соответствует запись ГИСП
ИммуноГенетика IL28B

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/181500

Исполнения (14)

- ИммуноГенетика IL28B:
- - смеси для амплификации (2 наименования) - по 1 пробирке каждого наименования (по 960 мкл):
- 1. IL28B: rs12979860 C>T,
- 2. IL28B: rs8099917 T>G.
- - ПЦР-буфер - 2 пробирки (по 480 мкл);
- - Taq-АТ-полимераза - 2 пробирки (по 24 мкл);
- - минеральное масло - 2 пробирки (по 960 мкл);
- б) ПК Цитокины IL28B. Комплект положительных контрольных образцов, включающий:
- - К+ СС (IL28B: rs12979860 C>T)- 1 пробирка (50 мкл);
- - К+ ТТ (IL28B: rs12979860 C>T) - 1 пробирка (50 мкл);
- - К+ СТ (IL28B: rs12979860 C>T) - 1 пробирка (50 мкл);
- - К+ ТТ (IL28B: rs8099917 T>G) - 1 пробирка (50 мкл);
- - К+ GG (IL28B: rs8099917 T>G) - 1 пробирка (50 мкл);
- - К+ TG (IL28B: rs8099917 T>G) - 1 пробирка (50 мкл).

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru): реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026); данные могли измениться. Не является официальной выпиской Росздравнадзора и не заменяет её.