СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Росздравнадзор, регистрационное удостоверение РЗН 2019/9361

к записи реестра российской промышленной продукции № 10725709

Росздравнадзор: регистрационное удостоверение РЗН 2019/9361

Номер удостоверения
РЗН 2019/9361

Статус
Действует

Дата регистрации
12.12.2019

Срок действия
бессрочно

Наименование
Аппарат лазерный хирургический "MedLase S" по ТУ 32.50.50-058-18003536-2018

Производитель
ООО "ВПГ ЛАЗЕРУАН", ИНН 5052002745

Назначение
Аппарат предназначен для использования в общей, кожно-пластической, лапаро- и эндоскопической хирургии, а также в других областях хирургии для рассечения, вапоризации, коагуляции биологических тканей, а также лазерной термотерапии

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Исполнение, которому соответствует запись ГИСП
Аппарат лазерный хирургический «MedLase S» по ТУ 32.50.50-058-18003536-2018, в исполнении FiberLase S

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/198541

Исполнения (118)

- 1. Аппарат лазерный хирургический «MedLase S» по ТУ
- 32.50.50-058-18003536-2018, в исполнении DiodeLase
- S, в составе:
- - Аппарат лазерный хирургический «MedLase S» в исполнении DiodeLase S - 1 шт.
- - Шнур питания - 1 шт.
- - Педаль включения излучения - 1 шт.
- - Заглушка внешней блокировки - 1 шт.
- - Инструмент волоконный нестерильный многоразовый «VPG Surgical Fiber Reusable», диаметр сердцевины 200 мкм (№РЗН
- 2018/7950) - 1 шт.
- - Держатель инструмента волоконного- 1 шт.
- - Направляющая прямая - 1 шт.
- - Направляющая изогнутая - 1 шт.
- - Очки защитные от воздействия лазерного излучения, модель «Eagle Pair» EP-1-2 с салфеткой для очищения линз, в чехле - 2 шт.
- - Вставка плавкая - 2 шт.
- - Скалыватель волокон - 1 шт.
- - Стриппер волоконного инструмента от 0,12 мм до 0,4 мм - 1
- шт.
- - Стриппер волоконного инструмента от 0,3 мм до 1,0 мм - 1 шт. (опционально)
- - Руководство по эксплуатации - 1 шт.

- 2. Аппарат лазерный хирургический «MedLase S» по ТУ 32.50.50-058-18003536-2018, в исполнении FiberLase VT1, в составе:
- - Аппарат лазерный хирургический «MedLase S» в исполнении FiberLase VT1 - 1 шт.
- - Шнур питания - 1 шт.
- - Педаль включения излучения - 1 шт.
- - Заглушка внешней блокировки - 1 шт.
- - Инструмент волоконный нестерильный многоразовый «VPG Surgical Fiber Reusable», диаметр сердцевины 200 мкм (№РЗН 2018/7950) - 1 шт.
- - Держатель инструмента волоконного - 1 шт.
- - Направляющая прямая - 1 шт.
- - Направляющая изогнутая - 1 шт.
- - Очки защитные от воздействия лазерного излучения, модель «EaglePair» EP-1-2 с салфеткой для очищения линз, в чехле - 2
- шт.
- - Вставка плавкая - 2 шт.
- - Скалыватель волокон - 1 шт.
- - Стриппер волоконного инструмента от 0,12 мм до 0,4 мм - 1 шт.
- - Стриппер волоконного инструмента от 0,3 мм до 1,0 мм - 1 шт. (опционально)
- - Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 3. Аппарат лазерный хирургический «MedLase S» по ТУ 32.50.50-058-18003536-2018, в исполнении FiberLase VT, в составе:
- - Аппарат лазерный хирургический «MedLase S» в исполнении FiberLase VT - 1 шт.
- - Шнур питания - 1 шт.
- - Педаль включения излучения - 1 шт.
- - Заглушка внешней блокировки - 1 шт.
- - Инструмент волоконный стерильный многоразовый «VPG Surgical Fiber Reusable S», с торцевым выходом, диаметр сердцевины 200 мкм, разъем SMA-905, LP (№РЗН 2019/8729) - 1 шт. (опционально)
- - Инструмент волоконный стерильный многоразовый «VPG Surgical Fiber Reusable S», с торцевым выходом, диаметр сердцевины
- 365 мкм, разъем SMA-905, LP (№РЗН 2019/8729) - 1 шт.
- - Инструмент волоконный стерильный многоразовый «VPG Surgical Fiber Reusable S», с торцевым выходом, диаметр сердцевины 550 мкм, разъем SMA-905, LP (№РЗН 2019/8729) - 1 шт.
- - Держатель инструмента волоконного - 1 шт.
- - Направляющая прямая - 1 шт. (опционально)
- - Направляющая изогнутая - 1 шт. (опционально)
- - Направляющая с разметкой- 1 шт. (опционально)
- - Очки защитные от воздействия лазерного излучения, модель «Eagle Pair» EP-10-4 с салфеткой для очищения линз, в чехле - 2 шт.
- - Вставка плавкая - 2 шт.
- - Скалыватель волокон - 1 шт.
- - Стриппер волоконного инструмента от 0,12 мм до 0,4 мм - 1 шт. (опционально)
- - Стриппер волоконного инструмента от 0,3 мм до 1,0 мм - 1 шт.
- - Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 4. Аппарат лазерный хирургический «MedLase S» по ТУ 32.50.50-058-18003536-2018, в исполнении FiberLase S, в составе:
- - Аппарат лазерный хирургический «MedLase S» в исполнении FiberLase S - 1 шт.
- - Шнур питания - 1 шт.
- - Педаль включения излучения - 1 шт.
- - Заглушка внешней блокировки - 1 шт.
- - Инструмент волоконный стерильный многоразовый «VPG Surgical Fiber Reusable S», с торцевым выходом, диаметр сердцевины 200 мкм, разъем SMA-905, LP (№РЗН 2019/8729) - 1 шт. (опционально)
- … и ещё 58: полный список в карточке реестра Росздравнадзора

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru): реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026); данные могли измениться. Не является официальной выпиской Росздравнадзора и не заменяет её.