СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Росздравнадзор, регистрационное удостоверение РЗН 2023/21396

к записи реестра российской промышленной продукции № 10698989

Росздравнадзор: регистрационное удостоверение РЗН 2023/21396

Номер удостоверения
РЗН 2023/21396

Статус
Действует

Дата регистрации
24.10.2023

Срок действия
бессрочно

Наименование
Комплект медицинских изделий для проведения урофлоуметрии по ТУ 26.60.12-097-13218158-2022

Производитель
ООО "Нейрософт", ИНН 3729002450

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Исполнение, которому соответствует запись ГИСП
«Ривус»

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/170310

Исполнения (65)

- варианты исполнения:
- I. «Ривус» в составе:
- 1. Датчик урофлоуметрический, 1шт;
- 2. Стойка урофлоуметрическая, 1 шт;
- 3. Воронка, NS097205.002 (при необходимости), 1 шт;
- 4. Воронка, NS097205.004, 1 шт;
- 5. Терминал, 1 шт;
- 6. Емкость для мочи: объем не менее 1000 мл; диаметр основания не более 120 мм; высота не более 175 мм, 1 шт;
- 7. Термобумага: ширина термобумаги 80 мм; внешний диаметр рулона не более 60 мм, 10 шт;
- 8. Кресло инвалидное с санитарным оснащением «АРМЕД» по ТУ 9451-009-13391002-2015, вариант исполнения: ФС810, 1014201, ООО «НПЦ МТ “АРМЕД”», Россия, РУ №РЗН 2016/4136: кресло-туалет грузоподъемность не менее 110 кг; ширина не менее 420 мм; диапазон регулирования высоты сиденья не более 450 мм нижнее значение и не менее 550 мм верхнее значение; соответствие стандартам серии ISO 10993, действующим на целевых рынках, 1 шт;
- 9. Средство реабилитации инвалидов: кресло-туалет «Armed», вариант исполнения: FS810, 1014401, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, LTD, Китай, РУ №ФСЗ 2010/06753, кресло-туалет грузоподъемность не менее 110 кг; ширина не менее 420 мм; диапазон регулирования высоты сиденья не более 450 мм нижнее значение и не менее 550 мм верхнее значение; соответствие стандартам серии ISO 10993, действующим на целевых рынках, (при необходимости), 1 шт;
- 10. Педиатрическое сиденье: ширина не менее 20 см; глубина не менее 30 см; соответствие стандартам серии ISO 10993, действующим на целевых рынках, (при необходимости)1 шт;
- 11. Подставка педиатрическая: высота не менее 10 см и не более 50 см, (при необходимости), 1 шт;
- 12. Преобразователь «Ривус», 1 шт;
- 13. Принтер беспроводной: формат печати А4; интерфейс Wi-Fi, (при необходимости), 1 шт;
- 14. Планшет: Android 6.0 или выше при условии совместимости функционала; диагональ экрана: не менее 10.1 дюйма; интерфейс BLE, (при необходимости), 1 шт;

- 15. Подставка для планшета: ширина не менее 25 см, (при необходимости), 1 шт;
- 16. Батарея аккумуляторная «Нейрософт», 1 шт;
- 17. Блок питания NS097201.003, 1 шт;
- 18. Блок питания NS097201.006, 1 шт;
- 19. Кабель соединительный NS097103.003, 1 шт;
- 20. Кабель соединительный NS097103.003-01, 1 шт;
- 21. Кабель питания NS097103.006, 1 шт;
- 22. Кабель OTG: длина не менее 0.1 м; разъем USB тип A (гнездо); разъем USB, подходящий к планшету (тип micro B или тип C), 1шт;
- 23. Кабель USB (A-B), 1 шт;
- 24. Кабель сетевой: длина кабеля 1.8 м; сечение кабеля 3×0.75 кв. мм; рабочее напряжение 220 В; предельный ток 10 А; разъем IEC 320 C13, 1 шт;
- 25. Держатель (при необходимости), 1 шт;
- 26. Комплект установочный программы для ЭВМ «Ривус», 1 шт;
- 27. Лицензия на использование программы для ЭВМ «Ривус», 1 шт;
- 28. Руководство по эксплуатации «Ривус», 1 шт;
- 29. Гарантийный талон, 1 шт;
- 30. Комплект упаковочной тары, 1 шт;
- 31. Гофрокороб, 1 шт.
- II. «Амнис УФМ» в составе:
- 1. Датчик урофлоуметрический, 1шт;
- 2. Стойка урофлоуметрическая, 1 шт;
- 3. Воронка, NS097205.002 (при необходимости), 1 шт;
- 4. Воронка, NS097205.004, 1 шт;
- 5. Терминал, 1 шт;
- 6. Емкость для мочи: объем не менее 1000 мл; диаметр основания не более 120 мм; высота не более 175 мм, 1 шт;
- 7. Термобумага: ширина термобумаги 80 мм; внешний диаметр рулона не более 60 мм, 10 шт;
- 8. Кресло инвалидное с санитарным оснащением «АРМЕД» по ТУ 9451-009-13391002-2015, вариант исполнения: ФС810, 1014201, ООО «НПЦ МТ “АРМЕД”», Россия, РУ №РЗН 2016/4136: кресло-туалет грузоподъемность не менее 110 кг; ширина не менее 420 мм; диапазон регулирования высоты сиденья не более 450 мм нижнее значение и не менее 550 мм верхнее значение; соответствие стандартам серии ISO 10993, действующим на целевых рынках, 1 шт;
- 9. Средство реабилитации инвалидов: кресло-туалет «Armed», вариант исполнения: FS810, 1014401, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, LTD, Китай, РУ №ФСЗ 2010/06753, кресло-туалет грузоподъемность не менее 110 кг; ширина не менее 420 мм; диапазон регулирования высоты сиденья не более 450 мм нижнее значение и не менее 550 мм верхнее значение; соответствие стандартам серии ISO 10993, действующим на целевых рынках, (при необходимости), 1 шт;
- 10. Педиатрическое сиденье: ширина не менее 20 см; глубина не менее 30 см; соответствие стандартам серии ISO 10993, действующим на целевых рынках, (при необходимости), 1 шт;
- 11. Подставка педиатрическая: высота не менее 10 см и не более 50 см, 1 шт;
- 12. Преобразователь «Амнис УФМ», 1 шт;
- 13. Принтер беспроводной: формат печати A4; интерфейс Wi-Fi, (при необходимости), 1 шт;
- 14. Планшет: Android 6.0 или выше при условии совместимости функционала; диагональ экрана: не менее 10.1 дюйма; интерфейс BLE, (при необходимости), 1 шт;
- 15. Подставка для планшета: ширина не менее 25 см, (при необходимости), 1 шт;
- 16. Батарея аккумуляторная «Нейрософт», 1 шт;
- 17. Блок питания NS097201.003, 1 шт;
- 18. Блок питания NS097201.006, 1 шт;
- 19. Кабель соединительный NS097103.003, 1 шт;
- 20. Кабель соединительный NS097103.003-01, 1 шт;
- 21. Кабель питания NS097103.006, 1 шт;
- 22. Кабель OTG: длина не менее 0.1 м; разъем USB тип A (гнездо); разъем USB, подходящий к планшету (тип micro B или тип C), 1шт;
- 23. Кабель USB (A-B), 1 шт;
- 24. Кабель сетевой: длина кабеля 1.8 м; сечение кабеля 3×0.75 мм2; рабочее напряжение 220 В; предельный ток 10 А; разъем IEC 320 C13, 1 шт;
- 25. Держатель (при необходимости), 1 шт;
- 26. Комплект установочный программы для ЭВМ «Ривус», 1 шт;
- … и ещё 5: полный список в карточке реестра Росздравнадзора

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru): реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026); данные могли измениться. Не является официальной выпиской Росздравнадзора и не заменяет её.