СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Росздравнадзор, регистрационное удостоверение РЗН 2019/9347

к записи реестра российской промышленной продукции № 10684375

Росздравнадзор: регистрационное удостоверение РЗН 2019/9347

Номер удостоверения
РЗН 2019/9347

Статус
Действует

Дата регистрации
12.12.2019

Срок действия
бессрочно

Наименование
Аппарат наркозный VENAR по ТУ 32.50.21-001-04569240-2017, модели: VENAR Libera Screen, VENAR Libera,VENAR Media New, VENAR Omega

Производитель
ООО "ХИРАНА+", ИНН 7702406004

Назначение
Аппарат применяется для проведения ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких (далее - ИВЛ) у взрослых и детей (в том числе новорожденных с массой тела от 1 кг) при проведении операций (манипуляций) с помощью смеси кислорода, закиси азота (или воздуха), ксенона (отдельные модели аппарата) и паров жидких ингаляционных анестетиков.

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Исполнение, которому соответствует запись ГИСП
VENAR Media New

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/203936

Исполнения (362)

- модели: VENAR Libera Screen, VENAR Libera, VENAR Media New, VENAR Omega.
- 1. Аппарат наркозный VENAR по ТУ 32.50.21-001-04569240-2017, модель: VENAR Libera Screen, в составе:
- 1. Основной блок (вентилятор), производства Chirana Medical, a.s., Словакия - 1 шт.
- 2. Модуль подключения ксенона, производства Chirana Medical, a.s., Словакия - 1 шт. (при необходимости).
- 3. Тележка (стойка) универсальная:
- 3.1. Тележка (стойка) универсальная, производства ООО «ХИРАНА+», Россия - 1 шт.;
- или
- 3.2. Тележка (стойка) универсальная, производства Chirana Medical, a.s., Словакия - 1 шт.
- 4. Панель управления 15 дюймов (персональный компьютер (моноблок), производства Elcom s.r.o., Словакия - 1 шт.
- 5. Электронный ротаметр TS, производства Chirana Medical, a.s., Словакия - 1 шт.
- 6. Мультигазовый анализатор AION Platinum, производства Mindray Medical Sweden AB, Швеция - 1 шт.
- 7. Нагреватель блока ABC HM06, производства Chirana Medical, a.s., Словакия - 1 шт.
- 8. Блок клапанов ABC HM06, производства Chirana Medical, a.s., Словакия - 1 шт.
- 9. CO2-поглотитель (емкость для абсорбера), производства Chirana Medical, a.s., Словакия - 1 шт.
- 10. Испаритель анестетиков Sigma Delta, вариант исполнения: Испаритель Sigma Delta для Галотана (вид 282600), производства «Пенлон Лимитед», Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, (РУ № ФСЗ 2011/10743) - не более 2 шт. (при необходимости).
- 11. Испаритель анестетика изофлуран (при необходимости):

- 11.1. Испаритель анестетиков Sigma Delta, вариант исполнения: Испаритель Sigma Delta для Изофлюрана (вид 215300), производства «Пенлон Лимитед», Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, (РУ № ФСЗ 2011/10743) - не более 1 шт.;
- или
- 11.2. Испаритель анестетика Tec 7 для Изофлюрана, производства Datex-Ohmeda, Inc., США - не более 1 шт.
- 12. Испаритель анестетиков Sigma Delta, варианты исполнения: Испаритель Sigma Delta для Севофлюрана (вид 168290), производства «Пенлон Лимитед», Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, (РУ № ФСЗ 2011/10743) - не более 2 шт.
- 13. Испаритель анестетиков Sigma Delta, варианты исполнения: Испаритель Sigma Delta для Энфлюрана (вид 299670), производства «Пенлон Лимитед», Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, (РУ № ФСЗ 2011/10743) - не более 2 шт. (при необходимости).
- 14. Испаритель анестетика дезофлюран (при необходимости):
- 14.1. Испаритель Sigma EVA Vaporizer для Дезофлюрана, производства «Пенлон Лимитед», Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - не более 2 шт.;
- или
- 14.2. Испаритель анестетиков D-Vapor для Дезофлюрана, производства «Дрегерверк АГ унд Ко. КГаА», Федеративная Республика Германия - не более 2 шт.
- 15. Кронштейн крепления баллона с ксеноном, производства ООО «ХИРАНА+», Россия - 1 шт. (при необходимости).
- 16. Кронштейн крепления монитора, производства ООО «ХИРАНА+», Россия - 1 шт. (при необходимости).
- 17. Держатель контура, производства Shenzhen Coriton Instrument Co.,Ltd, КНР - 1 шт.
- 18. Датчик ксенона с кабелем удлинительным USB-UART, производства ЗАО «ИНСОВТ», Россия - 1 шт. (при необходимости).
- 19. Кабель сетевой:
- 19.1. Кабель сетевой NKSK 250SGW 5 метров, производства Chirana Medical, a.s., Словакия - 1 шт.;
- или
- 19.2. Кабель сетевой 5 метров, производства ООО «ХИРАНА+», Россия - 1 шт.
- 20. Подводящий шланг кислорода, производства Semperflex Optimit s.r.o., Чехия - 1 шт.
- 21. Подводящий шланг N2O:
- 21.1. Подводящий шланг DIN N2O, производства ООО «ХИРАНА+», Россия - 1 шт.;
- или
- 21.2. Подводящий шланг MEDI-DIN N2O, производства Chirana Medical, a.s., Словакия - 1 шт.
- 22. Подводящий шланг воздуха:
- 22.1. Подводящий шланг воздуха, производства ООО «ХИРАНА+», Россия - 1 шт.;
- или
- 22.2. Подводящий шланг MEDI-DIN AIR, производства Chirana Medical, a.s., Словакия - 1 шт.
- 23. Подводящий шланг MEDI-DIN Xe, производства Chirana Medical, a.s., Словакия - 1 шт. (при необходимости).
- 24. Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-В, производства ООО «МЕДПЛАНТ», Россия (РУ № ФСР 2007/00439) - 1 шт. (при необходимости).
- 25. Датчик потока D-LITE, производства GE HealthCare Technologies, Inc., США - 1 шт.
- 26. Датчик потока PEDI-LITE, производства GE HealthCare Technologies, Inc., США - 1 шт.
- 27. Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии. Соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: Y-образные, производства «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (РУ № ФСЗ 2009/03551) - 1 шт.
- 28. Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии. Соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: прямые, производства «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (РУ № ФСЗ 2009/03551) - не более 2 шт.
- 29. Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии. Соединители с портами или без, в комплекте с линиями мониторинга или без: угловые, производства «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (РУ № ФСЗ 2009/03551) - не более 2 шт.
- 30. Влагосборник неонатальный, производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. КНР - 1 шт. (при необходимости).
- 31. Влагосборник взрослый, производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. КНР - 1 шт.
- 32. Спирометрическая трубка:
- 32.1. Спирометрическая трубка, 2 м, производства GE HealthCare Technologies, Inc., США - 1 шт.;
- или
- 32.2. Спирометрическая трубка, 3 м, производства GE HealthCare Technologies, Inc., США - 1 шт.
- 33. Фильтр дыхательный:
- 33.1. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения варианты исполнения: Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22M/15F-15M/22F, 22M/15F-22F или 8M/15M-15F, без тепловлагообмена, с портом luer-lock, производства ООО «Ассомедика», Республика Беларусь (РУ № РЗН 2018/7282) - не более 3 шт.;
- или
- 33.2. Дыхательные вирусо-бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов, производства «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (РУ № ФСЗ 2009/03551) - не более 3 шт.

- 34. Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии. Дыхательные мешки объёмом 1.0 л, производства «Интерседжикал Лтд.», Великобритания (РУ № ФСЗ 2009/03551) - 1 шт.
- … и ещё 302: полный список в карточке реестра Росздравнадзора

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru): реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026); данные могли измениться. Не является официальной выпиской Росздравнадзора и не заменяет её.