СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Росздравнадзор, регистрационное удостоверение ФСР 2009/05513

к записи реестра российской промышленной продукции № 10645358

Росздравнадзор: регистрационное удостоверение ФСР 2009/05513

Номер удостоверения
ФСР 2009/05513

Статус
Действует

Дата регистрации
14.08.2009

Срок действия
бессрочно

Наименование
Пакеты полиэтиленовые одноразовые для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов классов А, Б, В, Г по ТУ 9398-001-13382032-2008

Производитель
ООО "МЕГАПЛАСТ 2000", ИНН 7722494136

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Исполнение, которому соответствует запись ГИСП
варианты исполнения: 1. Термосваренный с открытым верхом (прямой шов)

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/163388

Исполнения (8)

- варианты исполнения:
- 1. Термосваренный с открытым верхом (прямой шов): пласт, рулон, ширина от 300 мм до 700 мм с шагом 5 мм; длина от 300 мм до 1800 мм с шагом 1 мм; толщина от 5 мкм до 80 мкм с шагом 1 мкм.
- 2. Термосваренный с открытым верхом с фальцами (прямой шов): пласт, рулон, ширина от 300 мм до 1100 мм с шагом 5 мм; длина от 300 мм до 1800 мм с шагом 1 мм; толщина от 5 мкм до 80 мкм с шагом 1 мкм.
- 3. Термосваренный с открытым верхом с фальцами (шов «звезда»): пласт, рулон; ширина от 300 мм до 1300 мм с шагом 5 мм; длина от 300 мм до 1815 мм с шагом 1 мм; толщина от 5 мкм до 80 мкм с шагом 1 мкм.
- 4. Термосваренный с открытым верхом с боковыми швами: рулон; ширина от 300 мм до 700 мм с шагом 10 мм; длина от 380 мм до 1000 мм с шагом 1 мм; толщина от
- 10 мкм до 40 мкм с шагом 1 мкм.
- 5. Термосваренный с лентой завязкой: рулон; ширина от 300 мм до 700 мм с шагом
- 10 мм; длина от 330 мм до 960 мм с шагом 1 мм; толщина от 10 мкм до 40 мкм с шагом 1 мкм.

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru): реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026); данные могли измениться. Не является официальной выпиской Росздравнадзора и не заменяет её.