СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Росздравнадзор, регистрационное удостоверение РЗН 2021/14734

к записи реестра российской промышленной продукции № 10421138

Росздравнадзор: регистрационное удостоверение РЗН 2021/14734

Номер удостоверения
РЗН 2021/14734

Статус
Действует

Дата регистрации
07.07.2021

Срок действия
бессрочно

Наименование
Стерилизатор паровой ФАРМСТИЛ по ТУ 32.50.12-004-18025526-2020 с принадлежностями

Производитель
ООО "ФАРМСТИЛ", ИНН 5027233146

Назначение
Стерилизатор предназначен для стерилизации упакованных и неупакованных, пористых или полых медицинских изделий из ткани, металла, стекла, резины и других материалов, и их сочетаний, которые можно стерилизовать с использованием насыщенного пара под давлением

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Исполнение, которому соответствует запись ГИСП
СП1,5/1А

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/198986

Исполнения (71)

- варианты исполнения:
- I. Стерилизатор паровой ФАРМСТИЛ СП1/1А; СП1/2А; СП1,5/1А; СП1,5/2А; СП1/1Р; СП1/2Р; СП1,5/1Р; СП1,5/2Р, в составе:
- 1. Стерилизатор паровой.
- 2. Руководство по эксплуатации.
- 3. Установка получения деминерализованной воды (при необходимости).
- 4. Умягчитель воды (при необходимости).
- 5. Компрессор воздушный (при необходимости).
- 6. Облицовочные панели стерилизатора (при необходимости).
- 7. Вставка внутрикамерная для поддонов (при необходимости).
- Принадлежности:
- 1. Тележка загрузочная - не более 4 шт.
- 2. Стеллаж загрузочный - не более 4 шт.
- 3. Полка для стеллажа загрузочного - не более 8 шт.
- 4. Полка выдвижная - не более 4 шт.
- 5. Механизм загрузочный для корзин - не более 2 шт.
- 6. Панели облицовочные для разделения зон стерилизатора - 1 комплект.
- 7. Корзина проволочная 1 СТЕ - не более 100 шт.
- 8. Корзина проволочная 1/2 СТЕ - не более 100 шт.
- 9. Корзина проволочная ISO - не более 100 шт.
- 10. Бумага для принтера - не более 20 шт.

- 11. Стеллаж загрузочный для стоматологических поддонов - не более 4 шт.
- 12. Поддон перфорированный на роликах - не более 10 шт.
- 13. Поддон неперфорированный на роликах - не более 10 шт.
- 14. Кассета стоматологическая - не более 120 шт.
- 15. Поддон перфорированный из нержавеющей стали - не более 4 шт.
- 16. Поддон перфорированный алюминиевый - не более 4 шт.
- 17. Поддон неперфорированный - не более 4 шт.
- II. Стерилизатор паровой ФАРМСТИЛ СП2/1Т; СП2/2Т; СП3/1Т; СП3/2Т; СП4/1Т; СП4/2Т; СП6/1Т; СП6/2Т; СП8/1Т; СП8/2Т; СП10/1Т; СП10/2Т; СП12/1Т; СП12/2Т, в составе:
- 1. Стерилизатор паровой.
- 2. Руководство по эксплуатации.
- 3. Облицовочные панели стерилизатора (при необходимости).
- Принадлежности:
- 1. Тележка загрузочная - не более 4 шт.
- 2. Стеллаж загрузочный - не более 4 шт.
- 3. Полка для стеллажа загрузочного - не более 8 шт.
- 4. Полка выдвижная - не более 4 шт.
- 5. Механизм загрузочный для корзин - не более 2 шт.
- 6. Панели облицовочные для разделения зон стерилизатора - 1 комплект.
- 7. Корзина проволочная 1 СТЕ - не более 100 шт.
- 8. Корзина проволочная 1/2 СТЕ - не более 100 шт.
- 9. Корзина проволочная ISO - не более 100 шт.
- 10. Бумага для принтера - не более 20 шт.
- 11. Стеллаж загрузочный для стоматологических поддонов - не более 4 шт.
- 12. Поддон перфорированный на роликах - не более 10 шт.
- 13. Поддон неперфорированный на роликах - не более 10 шт.
- 14. Кассета стоматологическая - не более 120 шт.
- 15. Поддон перфорированный из нержавеющей стали - не более 4 шт.
- 16. Поддон перфорированный алюминиевый - не более 4 шт.
- 17. Поддон неперфорированный - не более 4 шт.
- III. Стерилизатор паровой ФАРМСТИЛ СП4/1К; СП4/2К; СП6/1К; СП6/2К; СП8/1К; СП8/2К; СП10/1К; СП10/2К; СП12/1К; СП12/2К, в составе:
- 1. Стерилизатор паровой.
- 2. Руководство по эксплуатации.
- 3. Облицовочные панели стерилизатора (при необходимости).
- Принадлежности:
- 1. Тележка загрузочная - не более 4 шт.
- 2. Стеллаж загрузочный - не более 4 шт.
- 3. Полка для стеллажа загрузочного - не более 8 шт.
- 4. Полка выдвижная - не более 4 шт.
- 5. Механизм загрузочный для корзин - не более 2 шт.
- 6. Панели облицовочные для разделения зон стерилизатора - 1 комплект.
- … и ещё 11: полный список в карточке реестра Росздравнадзора

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru): реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026); данные могли измениться. Не является официальной выпиской Росздравнадзора и не заменяет её.