СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Росздравнадзор, регистрационное удостоверение РЗН 2022/17726

к записи реестра российской промышленной продукции № 10594276

Росздравнадзор: регистрационное удостоверение РЗН 2022/17726

Номер удостоверения
РЗН 2022/17726

Статус
Действует

Дата регистрации
12.07.2022

Срок действия
бессрочно

Наименование
Имплантаты для эндопротезирования тазобедренного сустава по ТУ 32.50.22-004-74573326-2018

Производитель
ООО "Анатомика", ИНН 1657194650

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Исполнение, которому соответствует запись ГИСП
Чаша №3 бесцементной фиксации, модификация «Без отверстий» («Cup-IQ»)

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/160015

Исполнения (125)

- 1. Ножка цементной фиксации, в вариантах исполнения:
- 1.1. Ножка №1 цементной фиксации, модификация «Оригинальная» («M-original»).
- Угол наклона шейки: 135°.
- Дистальный размер: 6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 16,25; 17,5; 20 мм.
- Полная длина ножки: 137,0; 138,1; 139,0; 141,0; 141,4; 142,0; 143,4; 146,0; 146,4; 146,5; 147,0; 147,4; 149,3; 151,0; 151,4; 151,5; 152,0; 154,0; 155,5; 156,4; 156,5; 157,0; 159,0; 161,6; 162,0; 162,5; 165,9 мм.
- 1.2. Ножка №1 цементной фиксации, модификация «Латеральная» («M-lateral»).
- Угол наклона шейки: 135°.
- Дистальный размер: 6,25; 7,5; 8,75; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 16,25; 17,5; 20 мм.
- Полная длина ножки: 137,0; 139,0; 141,4; 142,0; 146,0; 146,4; 146,5; 147,0; 151,0; 151,4; 151,5; 152,0; 154,0; 156,4; 156,5; 157,0; 162,0; 162,5 мм.
- 1.3. Ножка №6 цементной фиксации, модификация «Стандартная» («E-standard»).
- Угол наклона шейки: 125°; 134°.
- Полная длина ножки: 93,2; 95,0; 104,2; 115,0; 115,1; 125,0; 126,0; 127,0; 149,0; 150,0 мм.
- 1.4. Ножка №6 цементной фиксации, модификация «Удлиненный офсет» («E-offset»).
- Угол наклона шейки: 125°.
- Полная длина ножки: 115,1; 142,4 мм.
- 1.5. Ножка №6 цементной фиксации, модификация «Ревизионная» («E-rev»).
- Угол наклона шейки: 125°; 145°.
- Полная длина ножки: 194,5; 197,4; 197,5; 214,5; 220,3; 234,5; 252,2; 254,5; 285,0 мм.
- 2. Ножка бесцементной фиксации, в вариантах исполнения:
- 2.1. Ножка №2 бесцементной фиксации, модификация «Стандартная» («ZM-standard»).
- Угол наклона шейки: 131°.
- Полная длина ножки: 128,0; 130,1; 132,0; 134,3; 136,0; 137,0; 138,6; 140,0; 141,0; 142,0; 142,7; 145,0; 146,0; 147,0; 149,0; 150,0; 151,6; 154,0; 156,4; 157,0; 158,0; 159,0; 160,0; 161,3; 162,0; 163,0; 164,0; 165,0; 166,5; 167,0; 168,0; 169,0; 170,0; 172,1; 173,0; 174,0; 175,0; 175,5; 178,0; 180,0; 183,0; 184,1; 186,0; 187,0; 188,0; 190,5; 192,0; 194,0; 196,7; 200,0 мм.

- 2.2. Ножка №2 бесцементной фиксации, модификация «Латеральная» («ZM-lateral»).
- Угол наклона шейки: 121°, 123°, 124°.
- Полная длина ножки: 128,0; 130,1; 132,0; 134,3; 136,0; 137,0; 138,6; 140,0; 141,0; 142,7; 145,0; 147,0; 149,0; 150,0; 151,6; 154,0; 156,4; 158,0; 159,0; 161,3; 163,0; 164,0; 166,5; 168,0; 169,0; 172,1; 173,0; 175,0; 178,0; 180,0; 183,0; 184,1; 186,0; 188,0; 190,5; 192,0; 196,7 мм
- 2.3. Ножка №2 бесцементной фиксации, модификация «Удлиненная» («ZM-long»).
- Угол наклона шейки: 131°.
- Полная длина ножки: 178,3; 183,2; 188,2; 193,4; 198,7; 204,0; 209,6; 215,4; 221,2 мм.
- 2.4. Ножка №3 бесцементной фиксации («S-classic»).
- Угол наклона шейки: 125°; 135°; 143°; 145°.
- Дистальный размер: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11,25; 12,5; 13,75; 15; 16,25; 17,5; 20 мм.
- Полная длина ножки: 135,0; 135,5; 135,6; 137,0; 139,0; 139,2; 142,0; 142,8; 143,0; 146,0; 146,4; 148,0; 150,0; 153,6; 154,0; 158,0; 158,1; 162,6; 163,0; 167,0; 167,1; 168,0; 171,6; 172,0; 176,1; 177,0; 180,6; 182,0; 189,0; 189,6 мм.
- 2.5. Ножка коническая №4 бесцементной фиксации («W-standard»).
- Угол наклона шейки: 125°; 126°; 133°; 135°.
- Проксимальный размер: 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 18,0; 19,0; 20,0; 21,0; 22,0; 23,0; 24,0; 24,5; 26,0; 27,5; 29,0 мм.
- Полная длина ножки: 115,0; 117,5; 125,5; 125,7; 125,9; 126,2; 126,4; 126,6; 126,8; 127,0; 127,2; 127,4; 127,6; 142,5 мм.
- 2.6. Ножка №5 бесцементной фиксации, модификация «Оригинальная» («AVM-original»).
- Угол наклона шейки: 125°; 130°; 134°; 135°.
- Полная длина ножки: 115,0; 119,0; 119,5; 125,0; 125,5; 127,0; 129,0; 130,0; 131,0; 131,5; 135,0; 135,5; 137,0; 139,0; 139,5; 140,0; 141,0; 142,0; 143,0; 143,5; 145,0; 147,0; 147,5; 150,0; 151,0; 151,5; 152,0; 153,0; 154,0; 155,0; 155,5; 157,0; 159,0; 159,5; 160,0; 162,0; 163,0; 163,5; 165,0; 167,0; 167,5; 170,0; 171,0; 175,0; 177,0; 180,0; 190,0; 200,0; 210,0 мм.
- 2.7. Ножка №5 бесцементной фиксации, модификация «Латеральная» («AVM-lateral»).
- Угол наклона шейки: 125°; 126°; 131°; 134°; 135°.
- Полная длина ножки: 115,0; 125,0; 129,0; 130,0; 131,0; 131,5; 135,0; 135,5; 139,0; 139,5; 140,0; 141,0; 143,0; 143,5; 145,0; 147,0; 147,5; 150,0; 151,0; 151,5; 153,0; 154,0; 155,0; 155,5; 159,0; 159,5; 160,0; 163,0; 163,5; 165,0; 167,0; 167,5; 170,0; 171,0; 175,0; 177,0; 180,0; 190,0 мм.
- 2.8. Ножка №7 бесцементной фиксации ревизионная («W-rev»).
- Угол наклона шейки: 135°.
- Проксимальный размер: 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25.
- Полная длина ножки: 170,9; 205,9; 245,9; 285,9 мм.
- 3. Головка, в вариантах исполнения:
- 3.1. Головка однополюсная №1 («Head-monopolar»).
- Диаметр головки: 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65 мм.
- 3.2. Головка №2 («Head-basic»).
- Диаметр головки: 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44 мм.
- 4. Вкладыш, в вариантах исполнения:
- 4.1. Вкладыш №1 биполярный («Liner bipolar»).
- Диаметр сферической впадины (диаметр подходящей головки): 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44 мм.
- Внешний диаметр подходящей чаши: 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80 мм.
- 4.2. Вкладыш №2 («Liner CL»).
- Угол наклона выступа: 0°.
- Диаметр сферической впадины (диаметр подходящей головки): 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44 мм.
- Внешний диаметр подходящей чаши: 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80 мм.
- 4.3. Вкладыш №3 («Liner basic»).
- … и ещё 65: полный список в карточке реестра Росздравнадзора

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru): реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026); данные могли измениться. Не является официальной выпиской Росздравнадзора и не заменяет её.