СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Росздравнадзор, регистрационное удостоверение РЗН 2020/13167

к записи реестра российской промышленной продукции № 10933663

Росздравнадзор: регистрационное удостоверение РЗН 2020/13167

Номер удостоверения
РЗН 2020/13167

Статус
Действует

Дата регистрации
13.01.2021

Срок действия
бессрочно

Наименование
Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека "СтероидИФА-эстрадиол" по ТУ 21.20.23-450-98539446-2018

Производитель
ООО "Компания Алкор Био", ИНН 7838370980

Связь с записью ГИСП
Связь найдена сервисом автоматически: совпал производитель, и автоматическая проверка нашла изделие в списке исполнений удостоверения.

Исполнение, которому соответствует запись ГИСП
I. Комплектация № 1

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/154730

Исполнения (29)

- варианты исполнения:
- I. Комплектация № 1, в составе:
- 1. Набор реагентов:
- - комплект из двенадцати 8-луночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антителами к эстрадиолу, маркированы "Стрипы с антителами к эстрадиолу" - 1 уп.;
- - калибровочная проба (КП) №1, маркирована "Калибровочная проба №1" - 1 флакон (1,0 мл);
- - калибровочные пробы (КП) №2-6, маркированы "Калибровочная проба №2", "Калибровочная проба №3", "Калибровочная проба №4", "Калибровочная проба №5", "Калибровочная проба №6" - 5 флаконов (0,5 мл);
- - контрольная сыворотка, маркирована "Контрольная сыворотка" - 1 флакон (0,5 мл);
- - конъюгат эстрадиол-пероксидаза, маркирован "Конъюгат Е" - 2 флакона (11 мл);
- - концентрированный водно-солевой раствор для промывки лунок, маркирован "Буфер Р (20Х)" - 2 флакона (14 мл);
- - раствор тетраметилбензидина, маркирован "Раствор ТМБ" - 1 флакон (14 мл);
- - стоп-реагент, маркирован "Стоп-реагент" - 1 флакон (14 мл);
- - одноразовый наконечник - 16 шт.;
- - одноразовая ванночка - 2 шт.;
- - пакет закрывающийся полиэтиленовый - 1 шт.
- 2. Инструкция по применению.
- 3. Паспорт.
- II. Комплектация № 2 ("Alisei Q.S."), в составе:
- 1. Набор реагентов:
- - комплект из двенадцати 8-луночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антителами к эстрадиолу маркированы "Стрипы с антителами к эстрадиолу" - 1 уп.;
- - калибровочная проба (КП) №1, маркирована "Калибровочная проба №1"- 1 флакон (1,0 мл);

- - калибровочные пробы (КП) №2-6 маркированы "Калибровочная проба №2", "Калибровочная проба №3", "Калибровочная проба №4", "Калибровочная проба №5", "Калибровочная проба №6" - 7 флаконов (0,5 мл);
- - контрольная сыворотка, маркирована "Контрольная сыворотка" -2 флакона (0,5 мл);
- - конъюгат эстрадиол-пероксидаза, маркирован "Конъюгат Е" - 3 флакона (11 мл);
- - концентрированный водно-солевой раствор для промывки лунок маркирован "Буфер Р (20Х)" - 1 флакон (50 мл);
- - раствор тетраметилбензидина, маркирован "Раствор ТМБ" - 2 флакона (14 мл);
- - стоп-реагент, маркирован "Стоп-реагент" - 2 флакона (14 мл);
- - пакет закрывающийся полиэтиленовый - 1 шт.
- 2. Инструкция по применению.
- 3. Паспорт.

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru): реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026); данные могли измениться. Не является официальной выпиской Росздравнадзора и не заменяет её.