СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Росздравнадзор, регистрационное удостоверение РЗН 2020/9932

к записи реестра российской промышленной продукции № 10849839

Росздравнадзор: регистрационное удостоверение РЗН 2020/9932

Номер удостоверения
РЗН 2020/9932

Статус
Действует

Дата регистрации
09.04.2020

Срок действия
бессрочно

Наименование
Канюля офтальмологическая инфузионная/аспирационная, однократного применения «КОНТУР» по ТУ 32.50.13-007-43225198-2018

Производитель
ООО "МГиК", ИНН 2129027669

Связь с записью ГИСП
Номер удостоверения указан в записи реестра ГИСП.

Карточка в реестре Росздравнадзора
https://elk.roszdravnadzor.gov.ru/widget/med-product/181602

Исполнения (197)

- I. Исполнение 1, в вариантах исполнения:
- 1. Исполнение 1, размеры (d x l1, в мм): диаметром d от 0,3 до 1,2 с шагом 0,01, длиной l1 от 5 до 120 с шагом 0,5.
- Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 1 (прямое поперечное сечение). Уплощение конца канюли: горизонтальное уплощение конца канюли, всей трубки канюли или без уплощения.
- Шероховатость конца канюли: с шероховатым концом или без шероховатости.
- С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): от 1 до 7 с каждой стороны с шагом 1 или без боковых отверстий.
- Покрытие трубки канюли: силиконовое или антибликовое, или без покрытия.
- 2. Исполнение 1, размеры (d x l1, в мм): диаметром d от 0,3 до 1,2 с шагом 0,01, длиной l1 от 5 до 120 с шагом 0,5.
- Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 2 (с косым поперечным сечением под угол α2°), размеры α2°: от 15 до 85 с шагом 1.
- Уплощение конца канюли: горизонтальное уплощение конца канюли, всей трубки канюли или без уплощения.
- Шероховатость конца канюли: с шероховатым концом или без шероховатости.
- С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): от 1 до 7 с каждой стороны с шагом 1 или без боковых отверстий.
- Покрытие трубки канюли: силиконовое или антибликовое, или без покрытия.
- 3. Исполнение 1, размеры (d x l1, в мм): диаметром d от 0,3 до 1,2 с шагом 0,01, длиной l1 от 5 до 120 с шагом 0,5.
- Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 3 (с косым поперечным сечением части трубки под угол α3° на расстоянии l3 от конца в мм), размеры α3° от 15 до 85 с шагом 1 и l3 от 1 до 5 с шагом 1.
- Уплощение конца канюли: горизонтальное уплощение конца канюли, всей трубки канюли или без уплощения.
- Шероховатость конца канюли: с шероховатым концом или без шероховатости.
- С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): от 1 до 7 с каждой стороны с шагом 1 или без боковых отверстий.
- Покрытие трубки канюли: силиконовое или антибликовое, или без покрытия.
- 4. Исполнение 1, размеры (d x l1, в мм): диаметром d от 0,3 до 1,2 с шагом 0,01, длиной l1 от 5 до 120 с шагом 0,5.
- Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 4 (скруглённая).
- Уплощение конца канюли: горизонтальное уплощение конца канюли, всей трубки канюли или без уплощения.

- Шероховатость конца канюли: с шероховатым концом или без шероховатости.
- С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): от 1 до 7 с каждой стороны с шагом 1 или без боковых отверстий.
- Покрытие трубки канюли: силиконовое или антибликовое, или без покрытия.
- 5. Исполнение 1, размеры (d x l1, в мм): диаметром d от 0,3 до 1,2 с шагом 0,01, длиной l1 от 5 до 120 с шагом 0,5.
- Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 5 (с удлиненным металлическим или гибким наконечником меньшего диаметра), размеры (d1 x, l4 в мм): d1 от 0,2 до 0,9 с шагом 0,01 и l4 от 1 до 12 с шагом 0,5.
- Уплощение конца канюли: горизонтальное уплощение конца канюли, всей трубки канюли или без уплощения.
- Шероховатость конца канюли: с шероховатым концом или без шероховатости.
- С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): от 1 до 7 с каждой стороны с шагом 1 или без боковых отверстий.
- Покрытие трубки канюли: силиконовое или антибликовое, или без покрытия.
- 6. Исполнение 1, размеры (d x l1, в мм): диаметром d от 0,3 до 1,2 с шагом 0,01, длиной l1 от 5 до 120 с шагом 0,5.
- Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 6 (оливообразная).
- Уплощение конца канюли: горизонтальное уплощение конца канюли, всей трубки канюли или без уплощения.
- Шероховатость конца канюли: с шероховатым концом или без шероховатости.
- С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): от 1 до 7 с каждой стороны с шагом 1 или без боковых отверстий.
- Покрытие трубки канюли: силиконовое или антибликовое, или без покрытия.
- 7. Исполнение 1, размеры (d x l1, в мм): диаметром d от 0,3 до 1,2 с шагом 0,01, длиной l1 от 5 до 120 с шагом 0,5.
- Форма конца канюли без сквозного прямого отверстия: вариант 7 (оливообразная завальцованная), отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): от 1 до 7 с каждой стороны с шагом 1.
- Уплощение конца канюли: горизонтальное уплощение конца канюли, всей трубки канюли или без уплощения.
- Шероховатость конца канюли: с шероховатым концом или без шероховатости.
- Покрытие трубки канюли: силиконовое или антибликовое, или без покрытия.
- 8. Исполнение 1, размеры (d x l1, в мм): диаметром d от 0,3 до 1,2 с шагом 0,01, длиной l1 от 5 до 120 с шагом 0,5.
- Форма конца канюли без сквозного прямого отверстия: вариант 8 (завальцованная), отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): от 1 до 7 с каждой стороны с шагом 1.
- Уплощение конца канюли: горизонтальное уплощение конца канюли, всей трубки канюли или без уплощения.
- Шероховатость конца канюли: с шероховатым концом или без шероховатости.
- Покрытие трубки канюли: силиконовое или антибликовое, или без покрытия.
- II. Исполнение 2, в вариантах исполнения:
- 1. Исполнение 2, размеры (d x l1, l2, R, в мм, α1°): диаметром d от 0,3 до 1,2 с шагом 0,01 и длиной l1 от 5 до 120 с шагом 0,5, длиной l2 от 1 до 120 с шагом 0,5, радиусом R от 0,5 до 60 с шагом 0,5, α1° от 5 до 180 с шагом 1.
- Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 1 (прямое поперечное сечение).
- Уплощение конца канюли: горизонтальное или вертикальное уплощение конца канюли, всей трубки канюли или без уплощения.
- Шероховатость конца канюли: с шероховатым концом или без шероховатости.
- С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): от 1 до 7 с каждой стороны с шагом 1 или без боковых отверстий.
- Покрытие трубки канюли: силиконовое или антибликовое, или без покрытия.
- 2. Исполнение 2, размеры (d x l1, l2, R, в мм, α1°): диаметром d от 0,3 до 1,2 с шагом 0,01 и длиной l1 от 5 до 120 с шагом 0,5, длиной l2 от 1 до 120 с шагом 0,5, радиусом R от 0,5 до 60 с шагом 0,5, α1° от 5 до 180 с шагом 1.
- Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 2 (с косым поперечным сечением под угол α2°), размеры α2°: от 15 до 85 с шагом 1.
- Уплощение конца канюли: горизонтальное или вертикальное уплощение конца канюли, всей трубки канюли или без уплощения.
- Шероховатость конца канюли: с шероховатым концом или без шероховатости.
- С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): от 1 до 7 с каждой стороны с шагом 1 или без боковых отверстий.
- Покрытие трубки канюли: силиконовое или антибликовое, или без покрытия.
- 3. Исполнение 2, размеры (d x l1, l2, R, в мм, α10): диаметром d от 0,3 до 1,2 с шагом 0,01 и длиной l1 от 5 до 120 с шагом 0,5, длиной l2 от 1 до 120 с шагом 0,5, радиусом R от 0,5 до 60 с шагом 0,5, α1° от 5 до 180 с шагом 1.
- … и ещё 137: полный список в карточке реестра Росздравнадзора

Документ сформирован сервисом ТоварминПРО (tovarminpro.ru): реестр медицинских изделий Росздравнадзора (открытые данные на 22.10.2026); данные могли измениться. Не является официальной выпиской Росздравнадзора и не заменяет её.